

SCALP VEIN SET CHIRAFLEX

CHIRAFLEX Інтравенозна канюля тип "Метелик"

Рекомендований спосіб застосування CHIRAFLEX
Інтравенозної канюлі тип "Метелик" одноразового використання



Містить або ж в ній присутні фталати:
Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)



Опис: Система з канюлею тип "Метелик" одноразового використання. Стерильно, нетоксично, апірогенно.
Склад: Вироби складаються з канюлі, ручки, м'якою трубки, горловини і запобіжного ковпачка.
Область застосування: Даний продукт використовується при рутинному заборі крові і / або для короткочасного внутрішньовенного вливання препаратів. Голка з крильцями забезпечена запобіжним пристосуванням, яке можна використовувати для закриття голки відразу ж після забору крові / вливання, що дозволяє попередити можливе випадкове поранення голкою. Даний продукт може застосовувати тільки спеціально навчений для цього медичний персонал відповідно до цієї інструкції. Не використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю на будь-який з компонентів виробу.

Забора:



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Вироби повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка, або ж термін дії закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, її необхідно вирішити відповідно до стандартів лікування;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Вливання розчинів на основі ліпоїдів може підвищити ризик порушення роботи ендокринної системи у дітей, грудних немовлят, або ж у вагітних жінок, тому необхідно цього уникати.
7. Повторна стерилізація, або ж повторне використання можуть викликати інфекцію, або ж взаємну перехресну реакцію.



1. Перед використанням розкрийте упаковку в позначеному місці;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожна використана голка вважається зараженою і відразу ж після використання повинна бути ліквідована в належному контейнері для «іждких» біологічних відходів;
4. Під час використання і ліквідації продукту тримайте голку за її основу.



Увага



Див. інструкцію з використання

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Одноразового використання

LOT

Серійний номер



Дата виготовлення



Використати до / Строк придатності

STERILE EO

Стерилізовано етиленоксидом



Виробник



Виріб не містить латекс



Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»

Площа Д-ра Швейцера, 194

916 01 Стара Тура

Словацька республіка

Тел.: +421 / 32/7709 991

Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua