



CHIRAPLUS

Інструкція з використання інфузійної системи одноразового використання



STERILE EO



20 КРАПЕЛЬ = 1мл ± 0,1 мл (1г ± 0,1 г)

Фільтр 15 мкм

Містить або ж в ній присутні фталати:

Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)



Опис: Інфузійна система одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Склад: Виріб складається з пристосування для проколювання пробки, трубки, крапельної камери, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора потоку, комплекту Scalp Van і т.д.

Область застосування: Застосовується для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів у клінічних умовах і для медичної допомоги.

Забороняється застосовувати: Не використовуйте для переливання крові і для в'язких розчинів.




- Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
- Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинністати недоступними для подальшого застосування після використання;
- Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
- Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, необхідно вирішити її відповідно з робочим порядком клініки;
- Дане пристосування містить фталати DEHP;
- Вливання розчинів на основі ліпоїдів може підвищити ризик порушення роботи ендокринної системи у дітей, грудних немовлят або ж у вагітних жінок, тому необхідно цього не допускати.
- Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж перехресну взаємну дію.



- Перед використанням розкрийте упаковку у місці, позначеному «відкривати тут»;
- Закрійте регулятор потоку, зніміть кришку з пристосування для проколювання пробки, вставте пристосування для проколювання пробки в мішок з інфузійним розчином і уникніть можливому витоку розчину;
- Пальцем натисніть на крапельну камеру, і дайте можливість камері наполовину наповнитися;
- Відкрийте регулятор потоку, випустіть повітря, поспостерігайте за утворенням крапель і запустіть трансфузію;
- Перед використанням щільно вставте голку і попередьте витік розчину.



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»
Площа Д-ра Швейтцера, 194
916 01 Стара Тура
Словачська Республіка
Тел.: +421 / 32/7709 991
Факс: 956 +421/32/7709
www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua